



尼帕病毒染料法荧光定量 RT-PCR 试剂盒

本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断

官方 Q Q: 2881498548

官方网址: www.tw-reagent.com

监督电话: 021-54845833

产品及特点:

尼帕病毒(Nipah Virus, NiV)是一种 RNA 病毒会引起内罗毕羊病，是一种尚未分类的虫媒病毒引起的传染病。经蜱传播,以急性热性出血性胃肠炎为特征。绵羊易感, 潜伏期约一周, 病羊常常突发高热, 因此尼帕病毒的快速准确鉴定对该病的预防和检疫有着重要作用。本产品基于 PCR 原理开发。

1. 一站式，用于不需要单独准备每种成分，包括引物和对照。
2. 根据尼帕病毒的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性。
3. 基于染料法 qRT-PCR 检测，灵敏度比常规 RT-PCR 高 10-100 倍，可以达到至少 1000 拷贝/反应。
4. 使用一管式 qRT-PCR 技术，RT 和 PCR 两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。
5. 本产品足够 50 次 30μL 体系的 RT-PCR。

规格及成分:

编号	成分	规格
试剂一	2×qRT-PCR 缓冲液	500 μL (棕色管)
试剂二	10×qRT-PCR 酶混合液	100 μL (红盖)
试剂三	ROX 染料 I, 50×	20 μL (棕色管)
试剂四	ROX 染料 II, 50×	20 μL (棕色管)
试剂五	荧光 PCR 专用模板稀释液	1mL (黄盖)
试剂六	尼帕病毒染料法 qRT-PCR 引物混合液	100 μL (白盖)
试剂七	尼帕病毒染料法 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E8 /μL)	50 μL (黄盖)
试剂八	沙核酸释放剂 (试用装)	20 次 (1mL, 绿盖)
试剂九	使用手册	1 份

运输及保存:

低温运输、-20°C保存，有效期一年。

阳性对照需要因易污染其他成分需要单独放置。本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供 DNA 片段作为阳性对照。

自备试剂:



样品 RNA。

使用方法：

一、稀释阳性对照：

以 $10E2-10E7$ 这 6 个 10 倍稀释度为例，由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原。

1. 标记 6 个离心管，分别为 7, 6, 5, 4, 3, 2。用带芯枪头分别加入 $45 \mu\text{L}$ 荧光 PCR 专用模板稀释液，最好用带芯枪头（下同）。
2. 在 7 号管中加入 $5 \mu\text{L} 1\times10E8$ 拷贝/ μL 的阳性对照(本试剂盒提供)，充分震荡 1 分钟，得 $1\times10E7$ 拷贝/ μL 的阳性对照。放冰上待用。
3. 换枪头，在 6 号管中加入 $5 \mu\text{L} 1\times10E7$ 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 $1\times10E6$ 拷贝/ μL 的阳性对照。放冰上待用。
4. 换枪头，在 5 号管中加入 $5 \mu\text{L} 1\times10E6$ 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 $1\times10E5$ 拷贝/ μL 的阳性对照。放冰上待用。重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备：

5. 如果有 N 个样品，必须设置 $N+2$ 个提取，多出的一个是 PC (样品制备阳性对照)，一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 $10\mu\text{L}$ 上步制备的阳性对照梯度稀释液中的第 4 号（浓度为 $1\times10E4$ 拷贝/ μL ， $10\mu\text{L}$ 相当于 1 万拷贝）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。
6. 用自选方法纯化 $N+2$ 个样品的 RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒 RNA 提取试剂盒兼容。

三、设置 RT-PCR 反应 ($20 \mu\text{L}$ 体系，在样品制备室进行) :

7. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 $N+9$ 个 PCR 管，其中 $N+2$ 个用于上步得到的 $N+2$ 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照，6 个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做 1 次重复，则标记 $N+4$ 个 PCR 管，其中 $N+2$ 个用于上步得到的 $N+2$ 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），1 个用于 PCR 阳性对照（用第 4 号阳性对照稀释液做模板）。下面只描述定量分析的步骤，定性分析只是把 6 个标曲反应缩减成 1 个，其余不变。
8. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加）：

成分	$N+2$ 个制备所得样品	qRT-PCR 阴性对照	qRT-PCR 阳性对照(2-7 管)
$2\times$ qRT-PCR 缓冲液	$10\mu\text{L}$	$10\mu\text{L}$	各 $10\mu\text{L}$
尼帕病毒染料法 qRT-PCR 引物混合物	$2\mu\text{L}$	$2\mu\text{L}$	各 $2\mu\text{L}$
$50\times$ ROX (见注)	$0.4\mu\text{L}$	$0.4\mu\text{L}$	各 $0.4\mu\text{L}$
样品制备所得 RNA 模板(来于第 8 步)	$5.6\mu\text{L}$	--	--
稀释所得 6 个阳性对照 (来于第 6 步)	--	--	各 $5.6\mu\text{L}$ 2 号样到 2 号管, 3 号样到 3 号管
超纯水	--	$5.6\mu\text{L}$	--
$10\times$ qRT-PCR 酶混合液	$2\mu\text{L}$	$2\mu\text{L}$	$2\mu\text{L}$

注：需使用 ROX 染料 I 的机型：ABI Prism 7000、7300、7700、7900HT、Step-One、Step-One Plus。
 需使用 ROX 染料 II 的机型：ABI Prism 7500、7500Fast、MJ Research 的 Chromo4、Opticon (II) Corbett Rotor Gene 3000。



不需要使用 ROX 的机型: Thermal Cycle Dice Real Time System, LightCycler、Smart Cycler System, Agilent Mx3000P、RotorGene3000、RotorGene 6000。

9. 上机后按下面参数进行 RT-PCR (参数可能会因仪器不同而需优化)。

过程	温度	时间
RT (逆转录)	50°C	15-30 min
预变性	95°C	5 min
Qrt-PCR 反应 40 个循环	95°C	15 sec
	58°C	1 min, (采集 FAM 通道的荧光信号)
按仪器预设程序进行溶解曲线分析		

四、数据处理:

10. 如果把本试剂盒用于定量检测, 则以阳性对照浓度的 log 值为横轴, 以 Ct 值为纵轴, 绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值, 再推算出其浓度。

11. 如果把本试剂盒用于定性检测, 只判断阳性或阴性, 则阴性对照 Ct 必须大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长, 有典型扩增曲线, Ct 值应该小于或等于 30。对待测样品, 如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性, 如果小于或等于 35 则为阳性。如果在 35-40 之间, 则重复一次。重复实验的 Ct 值如果大于或等于 40 则为阴性, 如果小于 40, 则为阳性。

五、特别提示:

本公司所有产品, 仅可用于科研实验, 严禁用于临床医疗及其他非科研用途!