



# 李矮缩病毒 RT-PCR 试剂盒

本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断

官方 Q Q：2881498548

官方网址：[www.tw-reagent.com](http://www.tw-reagent.com)

监督电话：021-54845833

## 产品及特点：

- 1. 一站式，用户不需要单独准备每种成分，包括引物 and 对照。
- 2. 根据李矮缩病毒的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性。
- 3. 灵敏度可以达到 1000 拷贝/反应。
- 4. 使用一管式 RT-PCR 技术，RT 和 PCR 两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。
- 5. 本产品足够 50 次 20μL 体系的 RT-PCR。
- 6. 本产品只能用于科研，不能用于临床。

## 规格及成分：

| 编号  | 成分                             | 规格           |
|-----|--------------------------------|--------------|
| 试剂一 | 5×双酶一管式 RT-PCR Buffer          | 200 μL (橘黄盖) |
| 试剂二 | MMLV-Taq Mix                   | 75 μL (红盖)   |
| 试剂三 | 超纯水                            | 1 mL (亮黄盖)   |
| 试剂四 | 李矮缩病毒 RT-PCR 引物混合液             | 100 μL (白盖)  |
| 试剂五 | 李矮缩病毒 RT-PCR 阳性对照 (1×10E8 /μL) | 50 μL (黄盖)   |
| 试剂六 | 使用手册                           | 1 份          |

**注：**为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的 DNA 片段作为阳性对照。

## 运输及保存：

低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。收到货后阳性对照需要跟其他成分分开放置，因为其容易污染其他成分，造成假阳性。

## 自备试剂：

样品 RNA。



## 使用方法：

### 一、样品 DNA 的制备：

1. 如果有 N 个样品，必须设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用 10 $\mu$ L 李矮缩病毒 PCR 阳性对照的 1000 倍稀释液作为制备的阳性对照。可以用水作为制备的阴性对照。制备所得成为样品 RNA。
2. 用自选方法纯化 N+2 个样品的 RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒 RNA 提取试剂盒兼容。可以选购本公司的柱式病毒 RNAout。

### 二、设置 RT- PCR 反应(20 $\mu$ L 体系)：

3. 如果有 N+2 个样品，则标记 N+4 个 PCR 管(额外增加的两个管一个是 RT-PCR 阳性对照，另一个是 RT-PCR 阴性对照)并按照下表在 PCR 管中加入下列成分：

| 成份                             | N+2 个<br>样品管   | RT-PCR<br>阴性对照 | RT-PCR<br>阳性对照 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 $\times$ 双酶—管式 RT-PCR Buffer | 各 4 $\mu$ L    | 4 $\mu$ L      | 4 $\mu$ L      |
| 李矮缩病毒 RT-PCR 引物混合液             | 各 2 $\mu$ L    | 2 $\mu$ L      | 2 $\mu$ L      |
| N+2 个制备的 RNA 样品                | 各 12.5 $\mu$ L | --             | --             |
| 超纯水                            | --             | 12.5 $\mu$ L   | --             |
| 李矮缩病毒 RT-PCR 阳性对照的 1000 倍稀释液   | --             | --             | 12.5 $\mu$ L   |
| MMLV-Taq Mix                   | 1.5 $\mu$ L    | 1.5 $\mu$ L    | 1.5 $\mu$ L    |

4. 上机进行 RT-PCR，RT-PCR 反应参数为：

| 过程            | 温度              | 时间     |
|---------------|-----------------|--------|
| 逆转录           | 42 $^{\circ}$ C | 30 min |
| 预变性           | 95 $^{\circ}$ C | 5 min  |
| PCR 反应 35 个循环 | 95 $^{\circ}$ C | 30 sec |
|               | 58 $^{\circ}$ C | 30 sec |
|               | 72 $^{\circ}$ C | 20 sec |
| 最后延伸          | 72 $^{\circ}$ C | 7 min  |

### 三、电泳检测：

5. 琼脂糖电泳检测扩增效果。如果阴性对照有扩增产物或阳性对照无扩增产物，则说明实验失败，需要分析实验失败的原因。只有在阴性对照没有扩增产物、阳性对照必须有预期条带出现，才有必要分析样品的实验结果，如果有预期片段大小的扩增产物则为阳性，如果无则为阴性。

### 四、特别提示：

本公司的所有产品，仅可用于科研实验，严禁用于临床医疗及其他非科研用途！